


Breezhaler



Erabilera-jarraibideak

- Jarri kapsula inhalagailuaren barruan, inhalagailua erabiltzean.
- Kapsula zulatzen dituen botoiak zanpatu. Kapsula zulatuta dagoela adieraziko duen "klik" zarata entzun eta gero, botoiak guztiz askatu.
- Inhalagailua hartu aurretik biriketako aire guztia kanpora ezazu. Ez bota arnasa ahokoaren barruan.
- Gailuaren ahokoa ahoan duzula, hartu arnasa, gelditu gabe, toraxa erabat bete arte, kendu ezazu inhalagailua ahotik, eta arnasketari 10 segundoz eutsi iezaitzazu.
- Kapsula barruan hautsa geratzen dela ohartuz gero edo hartualdia egoki egin ez duzula pentsatuz gero, errepika ezazu maniobra; oraingoan botoiak sakatu barik.
- Ahoa urarekin garbitu ezazu, medikamentuaren hondarrak kentzeko.
- Paperezko musuzapia edo zapi lehor bat erabil ezazu ahokoa garbitzeko.
- Ez garbitu ahokoa urarekin edo zapi hezeekin.
- Gorde inhalagailua, itxita, leku lehor batean.


Jarraibideak

<p>1</p> <p>Atera kapsula bilgarri barrutik.</p> 	<p>2</p> <p>Estalkia zabaldu, gorantz irristatuz. Esku batez inhalagailuaren beheko aldeari eutsi, eta beste eskuaz ahokoa inklinatu.</p> 	<p>3</p> <p>Jarri kapsula ontzi barruan.</p> 	<p>4</p> <p>Itxi ahokoa "klik" bat entzun arte. Kapsula zulatzeo alboetako botoi biak zanpatu itzazu hondoraino, eta, segidan, askatu.</p> 
<p>5</p> <p>Airea ahotik kanporatu, inhalagailua aurrean ez duzula. Ez bota airea ahokoaren barruan.</p> 	<p>6</p> <p>Ahokoa hortz artean jarri eta ezpaineekin zigitatu. Hartu arnasa sakon eta azkar ahotik, ahalik eta denbora luzeen, kapsula husteko.</p> 	<p>7</p> <p>Arnasketari 8 segundoz eutsi, eta ondoren, airea poliki-poliki bota.</p> 	
<p>8</p> <p>Ahoa garbitu inhalazioa amaitutakoan.</p> 	<p>9</p> <p>Ahokoa altxatu, eta hustutako kapsula atera*/**</p> 	<p>10</p> <p>Gailua itxi estalkia jarrita.</p> 	

* Barruan hautsa geratuz gero, errepika ezazu prozesua 4. iruditik hasita.

** Inhalagailu honen edo beste baten dosi gehiago behar badira, gutxienez 30 segundo itxaron hartualdi baten eta hurrengoaren artean.

Breezhaler



Indicaciones de uso

- Coloque la cápsula dentro del inhalador en el momento de su uso.
- Apriete del todo los botones que perforan la cápsula, cuando escuche el " clic", que indica que la cápsula está perforada, suelte los botones completamente.
- Antes de tomar el inhalador expulse todo el aire de los pulmones. No expulse aire en el interior de la boquilla.
- Una vez colocada la boquilla del dispositivo en la boca, coja aire sin parar hasta llenar el tórax completamente, retire el inhalador de la boca y aguante la respiración 10 segundos.
- Repita otra vez la maniobra sin apretar los botones, si comprueba que queda polvo dentro de la cápsula o no está seguro de haber realizado bien la toma.
- Enjuáguese la boca con agua para eliminar restos del medicamento.
- Utilice un pañuelo de papel o paño seco para limpiar la boquilla.
- No limpie la boquilla con agua ni paños húmedos.
- Guarde el inhalador cerrado y en lugar seco.

Instrucciones

<p>1</p> <p>Sacar la capsula del envoltorio.</p>	<p>2</p> <p>Abrir el capuchón deslizándolo hacia arriba. Sujetar la parte de abajo del inhalador con una mano e inclinar la boquilla con la otra.</p>	<p>3</p> <p>Colocar la cápsula dentro del depósito.</p>	<p>4</p> <p>Cerrar la boquilla hasta oír " clic". Apretar al fondo los dos botones laterales y soltarlos del todo para perforar la cápsula.</p>
<p>5</p> <p>Espirar el aire por la boca manteniendo el inhalador apartado. No soplar dentro de la boquilla.</p>	<p>6</p> <p>Colocar la boquilla entre los dientes y sellar los labios. Inspirar profunda y rápidamente por la boca para vaciar la cápsula durante todo el tiempo posible.</p>	<p>7</p> <p>Mantener la inspiración durante 8 segundos y expulsar el aire lentamente.</p>	
<p>8</p> <p>Enjuagar la boca al finalizar la inhalación.</p>	<p>9</p> <p>Levantar boquilla, extraer la cápsula vacía.*/**</p>	<p>10</p> <p>Cerrar el dispositivo colocando el capuchón.</p>	

* Si aún tuviese polvo, repetir desde el paso número 4.

** Si se precisan nuevas dosis de este u otro inhalador, esperar un mínimo de 30 segundos entre cada una de ellas.